

測定工具の検査機器


メーカー:株式会社ミットヨ

導入年月:2018年 9月

校正年月:2022年 12月



セラミックス製
BM3-10M
10個組



515-585
CI-300C



157-903
OP-25



521-103
UDT-103



170-102-10
UDT-2



- ① オプティカルパラレル OP-25 (0~25mm)
- ② オプティカルパラレル OP-50 (25~50mm)
マイクロメータのアンビル、スピンドルの端面の平面度、
平行度の不確かさを確認します。
- ③ ゲージブロック MB3-10MSC (2.5mm~25mm 10個組)
外側マイクロメータの器差や測定面の平面度、
平行度測定に用います
- ④ セラキャリパッチェッカ CC-300C (20mm~300mm)
内側ジョウ、外側ジョウを使用するときのノギス、
ハイトゲージの校正用
- ⑤ キャリブレーションテスタ UDT-2 (0.01mm)
- ⑥ キャリブレーションテスタ UDT-103 (0.001mm)
ダイヤルゲージ、シリンダゲージ等の校正用

個人測定 1,000円/1時間(税別)

依頼測定